



Abb. 3: Blick auf die Austrittsöffnung im Mundstück von Foster Dosieraerosol. In der Vertiefung, in der mittig die Austrittsöffnung liegt, sind weiße kristalline Ablagerungen zu erkennen. Auch die Düse ist mit Kristallen verstopft. Oben links umschließt das Zählwerk manschettenartig innenliegende Bauteile

Foto: ZL